



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 02.БЦ.01.000.М.000445.03.23 ОТ 30.03.2023 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Многоклиника 02"  
450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 211, корп.2  
Подразделение, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение:  
Рентгенодиагностический кабинет на 1-м этаже 5-и этажного нежилого здания по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 211, корп.2  
Тип: аппарат цифровой рентгеновский "JUMONG", зав. № SGJ2106203, 2021 года выпуска;  
Год ввода в эксплуатацию: 2023 г.  
Анодное напряжение:  $U_{ам} = 100$  кВ  
Рабочая нагрузка:  $W = 1000$  мА \* мин/нед  
Радиационный выход:  $KR = 9$  мГр \* м2/мА мин;  
Характеристика ИИИ: генерирующий  
Виды работ: размещение, эксплуатация рентгеновского аппарата  
Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность:  
Главный врач Малькович А.Н., приказ от 17.02.2023 г. № 17/02-23;  
Ограничительные условия: СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0201652